



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: isenta

FONE (19) 3575-9000

### RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

#### Edital de Licitação nº 070/2022

Tipo de Licitação: “Menor Valor Por Item”

Processo Administrativo nº 556/2022

Modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2022

#### DO QUESTIONAMENTO

Foi recebido via e-mail pedido de esclarecimento da empresa Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda quanto ao Pregão em Referência, por ser questionamento técnico quanto, foi solicitado a secretaria da Saúde para respostas, conforme questionamentos abaixo:

##### ITEM 5 - DEA Desfibrilador Externo Automático

Edital solicita: Forma de onda bifásica de baixa energia até 200J para choque;

**Será aceito:** Forma de onda bifásica de baixa energia até 150J para choque?

Edital solicita: Display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português, traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento;

**Será aceito:** Imagem com o posicionamento no painel incorporado no próprio gabinete para exibição e instruções em português por comando de voz?

Edital solicita: Permitir registro em memória interna ou cartão de dados do ECG contínuo, frequência e profundidade das compressões, som ambiente, eventos e procedimentos realizados.

**Será aceito:** Permitir registro em memória interna do ECG contínuo, frequência, eventos e procedimentos realizados?

Edital solicita: Com capacidade mínima de 220 choques em energia máxima sem a necessidade de troca.

**Será aceito:** Com capacidade mínima de 200 choques em energia máxima sem a necessidade de troca?

Edital solicita: Acompanha os acessórios: ● 01 (um) eletrodo pré-conectável para paciente adulto com sensor de RCP e desenho do correto posicionamento no paciente; ● 01 (uma) bateria descartável ou conjunto de pilhas descartáveis de longa duração com autonomia solicitada; ● 01 (uma) bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios; ● 01 (um) software de revisão do atendimento em PC (debriefing) que permita visualizar traçado de ECG, choques realizados, frequência e profundidade das compressões durante a RCP, porcentagem de compressões no alvo, tempo de atendimento e eventos críticos.

**Será aceito:** Acompanha os acessórios: ● 01 (um) eletrodo pré-conectável para paciente adulto com desenho do correto posicionamento no paciente; ● 01 (uma) bateria descartável ou conjunto de pilhas descartáveis de longa duração com autonomia solicitada; ● 01 (uma) bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios?

##### ITEM 6 - Eletrocardiógrafo

Edital solicita: Registro e impressão de 3, 6 e 12 canais através de impressora de alta resolução no próprio equipamento.

**Será aceito:** Registro e impressão de 3 e 6 canais através de impressora de alta resolução no próprio equipamento, porém, que consiga realizar a impressão de até 12 derivações?

Edital solicita: Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e interpretação do traçado de ECG e de arritmias com no mínimo: Análise morfológica do traçado de ECG, análise por gênero, análise pediátrica integrada, análise do segmento ST, análise do segmento QT e sistema de análise e detecção de marca-passo

**Será aceito:** Possuir algoritmo de suporte a decisão clínica para análise e interpretação do traçado de ECG e de arritmias com no mínimo: Análise morfológica do traçado de ECG, análise pediátrica integrada, análise do segmento ST, análise do segmento QT e sistema de análise e detecção de marca-passo?

##### ENTREGA

O edital solicita: Entrega em **60 dias**.

Será aceito a entrega do **ITEM 5 - DEA Desfibrilador Externo Automático em 120 dias?** Por questão de exportação



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA**

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: isenta

FONE (19) 3575-9000

R: Tendo em vista o pedido de esclarecimento, informo que esta Secretaria não irá aceitar alteração na descrição dos itens.

A proponente vencedora deverá entregar cada equipamento com no mínimo a configuração que consta no Edital e Termo de Referência.

Informa ainda, que não será aceito prorrogação no prazo de entrega, uma vez que os referidos equipamentos são de emendas parlamentares e que a Prefeitura tem prazo para utilizar.

Itirapina 30 de novembro de 2022.

***Eliane Aparecida Martins Garcia***

Pregoeira